

2013年09月G6PD定量檢驗實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:20091127N)	Control D (Lot No.:20091127D)
參加單位	3	3
總回報數 (n)	15	15
中位數 (Median)	13.6 (U/gHb)	4.5 (U/gHb)
平均值 (Mean)	13.6 (U/gHb)	4.4 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.4	0.3
變異係數 (CV)	2.9%	6.8%
G6PD 檢驗值範圍	12.9 ~ 14.1 (U/gHb)	4.0 ~ 5.0 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	2.2 ~ 2.4 (g/dL)	2.1 ~ 2.3 (g/dL)

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

