

# 2017 年 07 月 G6PD 定量檢驗 實驗室內部品管計畫報告


## 一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AE0909N)	Control D (Lot No.:AE0909D)
參加單位	13	13
總回報數 (n)	91	91
中位數 (Median)	14.1 (U/gHb)	5.7 (U/gHb)
平均值 (Mean)	14.2 (U/gHb)	5.7 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.5	0.2
變異係數 (CV)	3.5%	3.5%
G6PD 檢驗值範圍	12.9 ~ 16.0 (U/gHb)	5.0 ~ 6.3 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	1.9 ~ 2.3 (g/dL)	2.1 ~ 2.6 (g/dL)

\*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

\*\* G6PD Method = Trinity reagent kit, 37°C

## 二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖



# G6PD 定量檢驗內部品管統計結果及 SDI 分佈圖

選擇 LotNo : AE0909N (2016-01-01 ~ 2100-12-31) [Change](#)

[列印圖表](#)

檢驗單位 : Lab030

QC Control Lot No.	Control N		Control D	
	AE0909N		AE0909D	
檢驗期間	Month (2017/07)	CUM (2016/02/01~2017/07/31)	Month (2017/07)	CUM (2016/02/01~2017/07/31)
累計點數 (N)	1	3	1	3
累計平均值 (Mean) U/gHb	14.6	14.3	5.6	5.4
累計標準差 (SD)	-	0.5	-	0.3
累計變異係數 (CV) %	-	3.5	-	5.6
目標值 (Target) U/gHb	14.4	14.4	5.8	5.8
總誤差 (TE) %	-	7.7	-	18.0
可容許總誤差 (TEa) %	20	20	20	20
$\sigma$	-	5.5	-	2.3

誤差 (Bias)% = { [ 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) ] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 x 累計變異係數 (CV)

$\sigma$  (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)


月統計 : 2017 | 07 | [Change](#) ; 累計期間 (CUM) : 自 2016 | 02 | 01 至 2017 | 07 | 31 | [Change](#)

[TOP](#)

Control N SDI 分佈圖

Lot No.: AE0909N ; 檢驗期間 : 2016-02-01 至 2017-07-31 ; 目標值 (Target) : 14.4 ; 參考標準差 (SD) : 0.4

單位 : Lab030




月統計 : 2017 | 07 | [Change](#) ; 累計期間 (CUM) : 自 2016 | 02 | 01 至 2017 | 07 | 31 | [Change](#)

[TOP](#)

Control D SDI 分佈圖

Lot No.: AE0909D ; 檢驗期間 : 2016-02-01 至 2017-07-31 ; 目標值 (Target) : 5.8 ; 參考標準差 (SD) : 0.2

單位 : Lab030



月統計 : 2017 | 07 | [Change](#) ; 累計期間 (CUM) : 自 2016 | 02 | 01 至 2017 | 07 | 31 | [Change](#)

[TOP](#)

## Control N 及 Control D SDI 分佈圖

Lot No.: AE0909N ; 檢驗期間 : 2016-02-01 至 2017-07-31 ; 目標值 (Target) : 14.4 ; 參考標準差 (SD) : 0.4 ( ● )

Lot No.: AE0909D ; 檢驗期間 : 2016-02-01 至 2017-07-31 ; 目標值 (Target) : 5.8 ; 參考標準差 (SD) : 0.2 ( □ )

單位 : Lab030



Date 02-15 04-18 07-04

月統計 : 2017 | 07 | Change ; 累計期間 (CUM) : 自 2016 | 02 | 01 至 2017 | 07 | 31 | Change

[TOP]

# 各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果 (總表一)

選擇 LotNo : AE0909N (2016-01-01 ~ 2100-12-31)

選擇 Reagent Kit : 1 - Trinity

## 月統計表

統計月份 : 2017

UnitID ↑	Reagent Kit (Code) ↑	Control N (Lot No.: AE0909N)								Control D (Lot No.: AE0909D)							
		Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ
Lab003	1	14.4	14.1	25	0.3	2.1	6.3	20	>6	5.8	5.7	25	0.2	3.5	8.7	20	5.2
Lab006	1	14.4	13.5	4	0.2	1.5	9.2	20	>6	5.8	5.5	4	0.1	1.8	8.8	20	>6
Lab007	1	14.7	14.5	13	0.4	2.8	6.9	20	>6	5.8	5.7	13	0.1	1.8	5.2	20	>6
Lab009	1	14.4	13.9	4	0.2	1.4	6.3	20	>6	5.8	5.7	4	0.1	1.8	5.2	20	>6
Lab010	1	14.4	15.1	3	0.3	2.0	8.8	20	>6	5.8	6.3	3	0.0	0.0	8.6	20	>6
Lab011	1	14.4	13.9	4	0.2	1.4	6.3	20	>6	5.8	5.9	4	0.2	3.4	8.5	20	5.4
Lab012	1	14.4	14.1	6	0.5	3.5	9.2	20	5.1	5.8	5.9	6	0.1	1.7	5.1	20	>6
Lab013	1	13.6	13.7	7	0.3	2.2	5.1	20	>6	5.8	5.8	7	0.1	1.7	3.4	20	>6
Lab014	1	14.4	14.3	8	0.2	1.4	3.5	20	>6	5.8	5.6	8	0.2	3.6	10.6	20	4.6
Lab016	1	15.0	15.2	4	0.2	1.3	4.0	20	>6	5.3	5.3	4	0.3	5.7	11.3	20	3.5
Lab029	1	14.4	14.3	4	0.1	0.7	2.1	20	>6	5.8	5.6	4	0.1	1.8	7.0	20	>6
Lab030	1	14.4	14.6	1	-	-	-	20	-	5.8	5.6	1	-	-	-	20	-
Lab044	1	14.4	14.1	8	0.9	6.4	14.8	20	2.8	5.8	5.8	8	0.2	3.4	6.9	20	5.9
Total	-	-	14.2	91	0.5	3.5	-	-	-	-	5.7	91	0.2	3.5	-	-	-

誤差 (Bias)% = { [ 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) ] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

[TOP](#)

## 累計統計表

累計期間 : 自 2016   至 2017

UnitID ↑	Reagent Kit (Code) ↑	Control N (Lot No.: AE0909N)								Control D (Lot No.: AE0909D)							
		Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ
Lab003	1	14.4	14.4	146	0.5	3.5	6.9	20	5.7	5.8	5.9	146	0.2	3.4	8.5	20	5.4
Lab006	1	14.4	13.8	26	0.4	2.9	10.0	20	5.5	5.8	5.7	26	0.2	3.5	8.7	20	5.2
Lab007	1	14.7	13.9	232	1.0	7.2	19.8	20	2.0	5.8	5.4	232	0.5	9.3	25.4	20	1.4
Lab009	1	14.4	14.6	58	0.9	6.2	13.7	20	3.0	5.8	6.0	58	0.4	6.7	16.8	20	2.5
Lab010	1	14.4	15.1	3	0.3	2.0	8.8	20	>6	5.8	6.3	3	0.0	0.0	8.6	20	>6
Lab011	1	14.4	13.8	33	0.3	2.2	8.5	20	>6	5.8	5.7	33	0.2	3.5	8.7	20	5.2
Lab012	1	14.4	14.3	61	0.4	2.8	6.3	20	>6	5.8	5.9	61	0.2	3.4	8.5	20	5.4
Lab013	1	13.6	13.7	29	0.3	2.2	5.1	20	>6	5.8	5.8	29	0.1	1.7	3.4	20	>6
Lab014	1	14.4	14.2	46	0.3	2.1	5.6	20	>6	5.8	5.6	46	0.2	3.6	10.6	20	4.6
Lab016	1	15.0	14.2	12	0.9	6.3	18.0	20	2.3	5.3	5.2	12	0.3	5.8	13.4	20	3.1
Lab029	1	14.4	14.4	13	0.1	0.7	1.4	20	>6	5.8	5.7	13	0.1	1.8	5.2	20	>6
Lab030	1	14.4	14.3	3	0.5	3.5	7.7	20	5.5	5.8	5.4	3	0.3	5.6	18.0	20	2.3
Lab044	1	14.4	14.1	8	0.9	6.4	14.8	20	2.8	5.8	5.8	8	0.2	3.4	6.9	20	5.9
Total	-	-	14.1	670	0.8	5.7	-	-	-	-	5.7	670	0.4	7.0	-	-	-

誤差 (Bias)% = { [ 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) ] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

[TOP](#)

Reagent Kit	Reagent Code
Trinity	1

## 各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果 (總表二)

選擇 LotNo : AE0909N (2016-01-01 ~ 2100-12-31)

選擇 Reagent Kit : 1 - Trinity

Control N 月統計與累計統計之比較表

Control N (Lot No.: AE0909N)																	
Month (2017/07) CUM (2016/02/01~2017/07/31)																	
UnitID	Reagent Kit (Code)	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	$\sigma$	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	$\sigma$
Lab003	1	14.4	14.1	25	0.3	2.1	6.3	20	>6	14.4	14.4	146	0.5	3.5	6.9	20	5.7
Lab006	1	14.4	13.5	4	0.2	1.5	9.2	20	>6	14.4	13.8	26	0.4	2.9	10.0	20	5.5
Lab007	1	14.7	14.5	13	0.4	2.8	6.9	20	>6	14.7	13.9	232	1.0	7.2	19.8	20	2.0
Lab009	1	14.4	13.9	4	0.2	1.4	6.3	20	>6	14.4	14.6	58	0.9	6.2	13.7	20	3.0
Lab010	1	14.4	15.1	3	0.3	2.0	8.8	20	>6	14.4	15.1	3	0.3	2.0	8.8	20	>6
Lab011	1	14.4	13.9	4	0.2	1.4	6.3	20	>6	14.4	13.8	33	0.3	2.2	8.5	20	>6
Lab012	1	14.4	14.1	6	0.5	3.5	9.2	20	5.1	14.4	14.3	61	0.4	2.8	6.3	20	>6
Lab013	1	13.6	13.7	7	0.3	2.2	5.1	20	>6	13.6	13.7	29	0.3	2.2	5.1	20	>6
Lab014	1	14.4	14.3	8	0.2	1.4	3.5	20	>6	14.4	14.2	46	0.3	2.1	5.6	20	>6
Lab016	1	15.0	15.2	4	0.2	1.3	4.0	20	>6	15.0	14.2	12	0.9	6.3	18.0	20	2.3
Lab029	1	14.4	14.3	4	0.1	0.7	2.1	20	>6	14.4	14.4	13	0.1	0.7	1.4	20	>6
Lab030	1	14.4	14.6	1	-	-	-	20	-	14.4	14.3	3	0.5	3.5	7.7	20	5.5
Lab044	1	14.4	14.1	8	0.9	6.4	14.8	20	2.8	14.4	14.1	8	0.9	6.4	14.8	20	2.8
Total	-	-	14.2	91	0.5	3.5	-	-	-	-	14.1	670	0.8	5.7	-	-	-

誤差 (Bias)% = { [ | 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) | ] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)

$\sigma$  (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計 :

累計期間 (CUM) : 自    至

[\[TOP\]](#)

Control D 月統計與累計統計之比較表

Control D (Lot No.: AE0909D)																	
Month (2017/07) CUM (2016/02/01~2017/07/31)																	
UnitID	Reagent Kit (Code)	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	$\sigma$	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	$\sigma$
Lab003	1	5.8	5.7	25	0.2	3.5	8.7	20	5.2	5.8	5.9	146	0.2	3.4	8.5	20	5.4
Lab006	1	5.8	5.5	4	0.1	1.8	8.8	20	>6	5.8	5.7	26	0.2	3.5	8.7	20	5.2
Lab007	1	5.8	5.7	13	0.1	1.8	5.2	20	>6	5.8	5.4	232	0.5	9.3	25.4	20	1.4
Lab009	1	5.8	5.7	4	0.1	1.8	5.2	20	>6	5.8	6.0	58	0.4	6.7	16.8	20	2.5
Lab010	1	5.8	6.3	3	0.0	0.0	8.6	20	>6	5.8	6.3	3	0.0	0.0	8.6	20	>6
Lab011	1	5.8	5.9	4	0.2	3.4	8.5	20	5.4	5.8	5.7	33	0.2	3.5	8.7	20	5.2
Lab012	1	5.8	5.9	6	0.1	1.7	5.1	20	>6	5.8	5.9	61	0.2	3.4	8.5	20	5.4
Lab013	1	5.8	5.8	7	0.1	1.7	3.4	20	>6	5.8	5.8	29	0.1	1.7	3.4	20	>6
Lab014	1	5.8	5.6	8	0.2	3.6	10.6	20	4.6	5.8	5.6	46	0.2	3.6	10.6	20	4.6
Lab016	1	5.3	5.3	4	0.3	5.7	11.3	20	3.5	5.3	5.2	12	0.3	5.8	13.4	20	3.1
Lab029	1	5.8	5.6	4	0.1	1.8	7.0	20	>6	5.8	5.7	13	0.1	1.8	5.2	20	>6
Lab030	1	5.8	5.6	1	-	-	-	20	-	5.8	5.4	3	0.3	5.6	18.0	20	2.3
Lab044	1	5.8	5.8	8	0.2	3.4	6.9	20	5.9	5.8	8	0.2	3.4	6.9	20	5.9	
Total	-	-	5.7	91	0.2	3.5	-	-	-	-	5.7	670	0.4	7.0	-	-	-

誤差 (Bias)% = { [ | 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) | ] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)

$\sigma$  (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計 :

累計期間 (CUM) : 自    至

[\[TOP\]](#)

Reagent Kit	Reagent Code
Trinity	1