

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N	Control D
	(Lot No.:BE0116N)	(Lot No.: BE0116D)
參加單位	6	6
總回報數 (n)	45	45
中位數 (Median)	14.8 (U/g Hb)	5.3 (U/g Hb)
平均值 (Mean)	14.8 (U/g Hb)	5.4 (U/g Hb)
標準差 (SD)	0.8	0.2
變異係數 (CV)	5.4%	3.7%
G6PD 檢驗值範圍	14.2 ~ 17.3 (U/g Hb)	4.8 ~ 6.0 (U/g Hb)
Hb 檢驗值範圍	2.3 ~ 2.6 (g/dL)	2.1 ~ 2.5 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

** G6PD Method = Innovation kit, 37°C

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

