

2013年07月 G6PD 定量檢驗 實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:20091127N)	Control D (Lot No.:20091127D)
參加單位	12	12
總回報數 (n)	80	80
中位數 (Median)	13.9 (U/gHb)	4.2 (U/gHb)
平均值 (Mean)	13.8 (U/gHb)	4.2 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.5	0.3
變異係數 (CV)	3.6%	7.1%
G6PD 檢驗值範圍	12.0 ~ 14.8 (U/gHb)	3.5 ~ 4.8 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	2.0 ~ 2.4 (g/dL)	2.0 ~ 2.3 (g/dL)

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

