

2013年03月 G6PD 定量檢驗 實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

| G6PD | Control N (Lot No.:20091127N) | Control D (Lot No.:20091127D) |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 參加單位 | 14 | 14 |
| 總回報數 (n) | 111 | 111 |
| 中位數 (Median) | 14.0 (U/gHb) | 4.4 (U/gHb) |
| 平均值 (Mean) | 14.0 (U/gHb) | 4.5 (U/gHb) |
| 標準差 (SD) | 0.5 | 0.3 |
| 變異係數 (CV) | 3.6% | 6.7% |
| G6PD 檢驗值範圍 | 12.3 ~ 15.5 (U/gHb) | 4.0 ~ 5.0 (U/gHb) |
| Hb 檢驗值範圍 | 1.9 ~ 2.4 (g/dL) | 1.9 ~ 2.4 (g/dL) |

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

