

2017 年 01 月 G6PD 定量檢驗 實驗室內部品管計畫報告




一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AD0326N)	Control D (Lot No.:AD0326D)
參加單位	10	10
總回報數 (n)	62	62
中位數 (Median)	14.8 (U/gHb)	5.0 (U/gHb)
平均值 (Mean)	14.7 (U/gHb)	5.2 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.4	0.6
變異係數 (CV)	2.7%	11.5%
G6PD 檢驗值範圍	13.7 ~ 15.6 (U/gHb)	4.4 ~ 6.3 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	2.0 ~ 2.7 (g/dL)	2.2 ~ 2.7 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

** G6PD Method = Trinity reagent kit, 37°C

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖



G6PD 定量檢驗內部品管統計結果及 SDI 分佈圖

選擇 LotNo：AD0326N (2014-04-01 ~ 2100-12-31) Change

列印圖表

檢驗單位：Lab012

QC Control Lot No.	Control N		Control D	
	AD0326N		AD0326D	
檢驗期間	Month (2017/01)	CUM (2016/09/01~2017/01/31)	Month (2017/01)	CUM (2016/09/01~2017/01/31)
累計點數 (N)	6	26	6	26
累計平均值 (Mean) U/gHb	14.2	14.2	5.9	5.7
累計標準差 (SD)	0.4	0.5	0.3	0.5
累計變異係數 (CV) %	2.8	3.5	5.1	8.8
目標值 (Target) U/gHb	14.8	14.8	5.0	5.0
總誤差 (TE) %	9.7	11.1	28.2	31.5
可容許總誤差 (TEa) %	20	20	20	20
σ	5.7	4.6	0.4	0.7

誤差 (Bias)% = { [| 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) |] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 x 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)


月統計：2017 01 Change；累計期間 (CUM)：自 2016 09 01 至 2017 01 31 Change

[\[TOP\]](#)

Control N SDI 分佈圖

Lot No.: AD0326N；檢驗期間：2016-09-01 至 2017-01-31；目標值 (Target)：14.8；參考標準差 (SD)：0.5

單位：Lab012




月統計：2017 01 Change；累計期間 (CUM)：自 2016 09 01 至 2017 01 31 Change

[\[TOP\]](#)

Control D SDI 分佈圖

Lot No.: AD0326D；檢驗期間：2016-09-01 至 2017-01-31；目標值 (Target)：5.0；參考標準差 (SD)：0.3

單位：Lab012



月統計：2017 01 Change；累計期間 (CUM)：自 2016 09 01 至 2017 01 31 Change


[\[TOP\]](#)

Control N 及 Control D SDI
分佈圖

Lot No.: AD0326N ; 檢驗期間 : 2016-09-01 至 2017-01-31 ; 目標值 (Target) : 14.8 ; 參考標準差 (SD) : 0.5 (●)

Lot No.: AD0326D ; 檢驗期間 : 2016-09-01 至 2017-01-31 ; 目標值 (Target) : 5.0 ; 參考標準差 (SD) : 0.3 (□)

單位 : Lab012



月統計 : 2017 01 Change ; 累計期間 (CUM) : 自 2016 09 01 至 2017 01 31 Change

各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果（總表一）

選擇 LotNo : AD0326N (2014-04-01 ~ 2100-12-31) Change

選擇 Reagent Kit : 1 - Trinity Change

列印總表一

月統計表

統計月份 : 2017 01 Change

UnitID	Reagent Kit (Code)	Control N (Lot No.: AD0326N)								Control D (Lot No.: AD0326D)							
		Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ
Lab003	1	14.8	14.8	13	0.5	3.4	6.8	20	5.9	5.0	5.9	13	0.2	3.4	24.8	20	0.6
Lab004	1	15.0	14.7	4	0.3	2.0	6.1	20	>6	5.0	5.0	4	0.1	2.0	4.0	20	>6
Lab006	1	14.8	14.9	4	0.1	0.7	2.0	20	>6	5.0	5.3	4	0.0	0.0	6.0	20	>6
Lab008	1	14.5	14.3	8	0.2	1.4	4.2	20	>6	4.6	4.4	8	0.1	2.3	8.9	20	>6
Lab010	1	14.8	15.5	3	0.1	0.6	6.0	20	>6	5.0	5.2	3	0.0	0.0	4.0	20	>6
Lab012	1	14.8	14.2	6	0.4	2.8	9.7	20	5.7	5.0	5.9	6	0.3	5.1	28.2	20	0.4
Lab013	1	15.0	14.9	8	0.2	1.3	3.4	20	>6	4.7	4.7	8	0.1	2.1	4.3	20	>6
Lab014	1	14.8	14.8	9	0.2	1.4	2.7	20	>6	5.0	4.8	9	0.1	2.1	8.2	20	>6
Lab016	1	14.8	14.9	4	0.2	1.3	3.4	20	>6	5.0	4.9	4	0.2	4.1	10.2	20	4.4
Lab029	1	14.8	14.9	3	0.3	2.0	4.7	20	>6	5.0	5.0	3	0.1	2.0	4.0	20	>6
Total	-	-	14.7	62	0.4	2.7	-	-	-	-	5.2	62	0.6	11.5	-	-	-

誤差 (Bias)% = { [| 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) |] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 x 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

[TOP](#)

累計統計表

累計期間 : 自 2014 05 01 至 2017 01 31 Change

UnitID	Reagent Kit (Code)	Control N (Lot No.: AD0326N)								Control D (Lot No.: AD0326D)							
		Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ
Lab001	1	14.2	14.8	1	-	-	-	20	-	4.6	5.0	1	-	-	-	20	-
Lab003	1	14.8	14.5	744	0.8	5.5	13.1	20	3.3	5.0	4.9	744	0.4	8.2	18.3	20	2.2
Lab004	1	15.0	15.0	121	0.3	2.0	4.0	20	>6	5.0	4.9	121	0.2	4.1	10.2	20	4.4
Lab006	1	14.8	14.8	117	0.6	4.1	8.1	20	4.9	5.0	4.9	117	0.3	6.1	14.2	20	3.0
Lab007	1	13.8	13.7	244	0.5	3.6	8.0	20	5.4	4.5	4.5	244	0.2	4.4	8.9	20	4.5
Lab008	1	14.5	14.4	223	0.6	4.2	9.0	20	4.6	4.6	4.6	223	0.3	6.5	13.0	20	3.1
Lab010	1	14.8	14.4	105	0.6	4.2	11.0	20	4.1	5.0	4.8	105	0.3	6.3	16.5	20	2.5
Lab011	1	14.8	14.9	122	0.3	2.0	4.7	20	>6	5.0	5.1	122	0.2	3.9	9.8	20	4.6
Lab012	1	14.8	14.2	136	0.4	2.8	9.7	20	5.7	5.0	4.9	136	0.5	10.2	22.4	20	1.8
Lab013	1	15.0	14.9	235	0.2	1.3	3.4	20	>6	4.7	4.6	235	0.2	4.3	10.8	20	4.2
Lab014	1	14.8	14.8	187	0.4	2.7	5.4	20	>6	5.0	4.8	187	0.2	4.2	12.3	20	3.8
Lab015	1	14.8	14.4	174	0.8	5.6	13.8	20	3.1	5.0	4.9	174	0.3	6.1	14.2	20	3.0
Lab016	1	14.8	14.9	74	0.1	0.7	2.0	20	>6	5.0	4.9	74	0.2	4.1	10.2	20	4.4
Lab029	1	14.8	14.9	133	0.3	2.0	4.7	20	>6	5.0	4.9	133	0.2	4.1	10.2	20	4.4
Total	-	-	14.5	2616	0.7	4.8	-	-	-	-	4.8	2616	0.4	8.3	-	-	-

誤差 (Bias)% = { [| 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) |] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 x 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

[TOP](#)

Reagent Kit	Reagent Code
Trinity	1

各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果（總表二）

選擇 LotNo : AD0326N (2014-04-01 ~ 2100-12-31) Change

選擇 Reagent Kit : 1 - Trinity Change

列印總表二

Control N 月統計與累計統計之比較表

		Control N (Lot No.: AD0326N)															
		Month (2017/01)								CUM (2014/05/01~2017/01/31)							
UnitID [↑]	Reagent Kit (Code) [↑]	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ
Lab001	1	14.2	-	0	-	-	-	20	-	14.2	14.8	1	-	-	-	20	-
Lab003	1	14.8	14.8	13	0.5	3.4	6.8	20	5.9	14.8	14.5	744	0.8	5.5	13.1	20	3.3
Lab004	1	15.0	14.7	4	0.3	2.0	6.1	20	>6	15.0	15.0	121	0.3	2.0	4.0	20	>6
Lab006	1	14.8	14.9	4	0.1	0.7	2.0	20	>6	14.8	14.8	117	0.6	4.1	8.1	20	4.9
Lab007	1	13.8	-	0	-	-	-	20	-	13.8	13.7	244	0.5	3.6	8.0	20	5.4
Lab008	1	14.5	14.3	8	0.2	1.4	4.2	20	>6	14.5	14.4	223	0.6	4.2	9.0	20	4.6
Lab010	1	14.8	15.5	3	0.1	0.6	6.0	20	>6	14.8	14.4	105	0.6	4.2	11.0	20	4.1
Lab011	1	14.8	-	0	-	-	-	20	-	14.8	14.9	122	0.3	2.0	4.7	20	>6
Lab012	1	14.8	14.2	6	0.4	2.8	9.7	20	5.7	14.8	14.2	136	0.4	2.8	9.7	20	5.7
Lab013	1	15.0	14.9	8	0.2	1.3	3.4	20	>6	15.0	14.9	235	0.2	1.3	3.4	20	>6
Lab014	1	14.8	14.8	9	0.2	1.4	2.7	20	>6	14.8	14.8	187	0.4	2.7	5.4	20	>6
Lab015	1	14.8	-	0	-	-	-	20	-	14.8	14.4	174	0.8	5.6	13.8	20	3.1
Lab016	1	14.8	14.9	4	0.2	1.3	3.4	20	>6	14.8	14.9	74	0.1	0.7	2.0	20	>6
Lab029	1	14.8	14.9	3	0.3	2.0	4.7	20	>6	14.8	14.9	133	0.3	2.0	4.7	20	>6
Total	-	-	14.7	62	0.4	2.7	-	-	-	-	14.5	2616	0.7	4.8	-	-	-

誤差 (Bias)% = { [| 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) |] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計 : 2017 01 Change

累計期間 (CUM) : 自 2014 05 01 至 2017 01 31 Change

[TOP](#)

Control D 月統計與累計統計之比較表

		Control D (Lot No.: AD0326D)															
		Month (2017/01)								CUM (2014/05/01~2017/01/31)							
UnitID [↑]	Reagent Kit (Code) [↑]	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ
Lab001	1	4.6	-	0	-	-	-	20	-	4.6	5.0	1	-	-	-	20	-
Lab003	1	5.0	5.9	13	0.2	3.4	24.8	20	0.6	5.0	4.9	744	0.4	8.2	18.3	20	2.2
Lab004	1	5.0	5.0	4	0.1	2.0	4.0	20	>6	5.0	4.9	121	0.2	4.1	10.2	20	4.4
Lab006	1	5.0	5.3	4	0.0	0.0	6.0	20	>6	5.0	4.9	117	0.3	6.1	14.2	20	3.0
Lab007	1	4.5	-	0	-	-	-	20	-	4.5	4.5	244	0.2	4.4	8.9	20	4.5
Lab008	1	4.6	4.4	8	0.1	2.3	8.9	20	>6	4.6	4.6	223	0.3	6.5	13.0	20	3.1
Lab010	1	5.0	5.2	3	0.0	0.0	4.0	20	>6	5.0	4.8	105	0.3	6.3	16.5	20	2.5
Lab011	1	5.0	-	0	-	-	-	20	-	5.0	5.1	122	0.2	3.9	9.8	20	4.6
Lab012	1	5.0	5.9	6	0.3	5.1	28.2	20	0.4	5.0	4.9	136	0.5	10.2	22.4	20	1.8
Lab013	1	4.7	4.7	8	0.1	2.1	4.3	20	>6	4.7	4.6	235	0.2	4.3	10.8	20	4.2
Lab014	1	5.0	4.8	9	0.1	2.1	8.2	20	>6	5.0	4.8	187	0.2	4.2	12.3	20	3.8
Lab015	1	5.0	-	0	-	-	-	20	-	5.0	4.9	174	0.3	6.1	14.2	20	3.0
Lab016	1	5.0	4.9	4	0.2	4.1	10.2	20	4.4	5.0	4.9	74	0.2	4.1	10.2	20	4.4
Lab029	1	5.0	5.0	3	0.1	2.0	4.0	20	>6	5.0	4.9	133	0.2	4.1	10.2	20	4.4
Total	-	-	5.2	62	0.6	11.5	-	-	-	-	4.8	2616	0.4	8.3	-	-	-

誤差 (Bias)% = { [| 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) |] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計 : 2017 01 Change

累計期間 (CUM) : 自 2014 05 01 至 2017 01 31 Change

[TOP](#)

Reagent Kit	Reagent Code
Trinity	1