

# 2013年08月G6PD定量檢驗實驗室內部品管計畫報告

## 一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AA1223N)	Control D (Lot No.:AA1223D)
參加單位	9	9
總回報數 (n)	70	70
中位數 (Median)	14.5 (U/gHb)	4.3 (U/gHb)
平均值 (Mean)	14.7 (U/gHb)	4.3 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.6	0.3
變異係數 (CV)	4.1%	7.0%
G6PD 檢驗值範圍	13.5 ~ 16.5 (U/gHb)	3.8 ~ 5.2 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	2.0 ~ 2.4 (g/dL)	2.3 ~ 2.7 (g/dL)

## 二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

