

2014年01月G6PD定量檢驗實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AA1223N)	Control D (Lot No.:AA1223D)
參加單位	13	13
總回報數 (n)	102	102
中位數 (Median)	14.9 (U/gHb)	4.4 (U/gHb)
平均值 (Mean)	15.0 (U/gHb)	4.4 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.9	0.4
變異係數 (CV)	6.0%	9.1%
G6PD 檢驗值範圍	13.7 ~ 17.7 (U/gHb)	3.8 ~ 5.3 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	2.0 ~ 2.4 (g/dL)	1.4 ~ 2.7 (g/dL)

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

