

2014 年 10 月 G6PD 定量檢驗 實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AD0326N)	Control D (Lot No.:A D0326D)
參加單位	10	10
總回報數 (n)	76	76
中位數 (Median)	14.7 (U/gHb)	4.8 (U/gHb)
平均值 (Mean)	14.4 (U/gHb)	4.8 (U/gHb)
標準差 (SD)	1.0	0.4
變異係數 (CV)	6.9%	8.3%
G6PD 檢驗值範圍	12.3 ~ 19.3 (U/gHb)	4.0 ~ 6.4 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	1.8 ~ 2.7 (g/dL)	1.9 ~ 2.7 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

