

# 2015 年 07 月 G6PD 定量檢驗 實驗室內部品管計畫報告

## 一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

| G6PD         | Control N<br>(Lot No.:AD0326N) | Control D<br>(Lot No.:AD0326D) |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 參加單位         | 13                             | 13                             |
| 總回報數 (n)     | 103                            | 103                            |
| 中位數 (Median) | 14.9 (U/gHb)                   | 4.9 (U/gHb)                    |
| 平均值 (Mean)   | 14.8 (U/gHb)                   | 4.9 (U/gHb)                    |
| 標準差 (SD)     | 1.1                            | 0.5                            |
| 變異係數 (CV)    | 7.4%                           | 10.2%                          |
| G6PD 檢驗值範圍   | 12.4 ~ 19.8 (U/gHb)            | 4.0 ~ 6.6 (U/gHb)              |
| Hb 檢驗值範圍     | 1.9 ~ 2.7 (g/dL)               | 1.9 ~ 2.6 (g/dL)               |

\*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

## 二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

