

# 2015 年 10 月 G6PD 定量檢驗 實驗室內部品管計畫報告

## 一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AD0326N)	Control D (Lot No.:AD0326D)
參加單位	13	13
總回報數 (n)	97	97
中位數 (Median)	14.8 (U/gHb)	4.8 (U/gHb)
平均值 (Mean)	14.7 (U/gHb)	4.8 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.6	0.3
變異係數 (CV)	4.1%	6.3%
G6PD 檢驗值範圍	12.5 ~ 17.2 (U/gHb)	4.2 ~ 5.8 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	2.1 ~ 2.7 (g/dL)	2.1 ~ 2.6 (g/dL)

\*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

## 二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

