

2016年03月G6PD定量檢驗實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AD0326N)	Control D (Lot No.:AD0326D)
參加單位	12	12
總回報數 (n)	91	91
中位數 (Median)	14.5 (U/gHb)	4.7 (U/gHb)
平均值 (Mean)	14.4 (U/gHb)	4.7 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.5	0.2
變異係數 (CV)	3.5%	4.3%
G6PD 檢驗值範圍	13.3 ~ 15.3 (U/gHb)	4.2 ~ 5.2 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	2.2 ~ 2.7 (g/dL)	2.2 ~ 2.7 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

