

2016年07月 G6PD 定量檢驗 實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AD0326N)	Control D (Lot No.:AD0326D)
參加單位	11	11
總回報數 (n)	63	63
中位數 (Median)	14.8 (U/gHb)	4.7 (U/gHb)
平均值 (Mean)	14.6 (U/gHb)	4.7 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.5	0.2
變異係數 (CV)	3.4%	4.3%
G6PD 檢驗值範圍	13.5 ~ 15.4 (U/gHb)	4.3 ~ 5.2 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	2.3 ~ 2.7 (g/dL)	2.3 ~ 2.7 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

