

2016年09月G6PD定量檢驗實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AD0326N)	Control D (Lot No.:AD0326D)
參加單位	11	11
總回報數 (n)	73	73
中位數 (Median)	14.6 (U/gHb)	4.8 (U/gHb)
平均值 (Mean)	14.4 (U/gHb)	4.9 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.8	0.4
變異係數 (CV)	5.6%	8.2%
G6PD 檢驗值範圍	11.4 ~ 15.3 (U/gHb)	4.3 ~ 6.1 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	2.0 ~ 2.7 (g/dL)	2.1 ~ 2.7 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

