

2016年11月 G6PD 定量檢驗 實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AD0326N)	Control D (Lot No.:AD0326D)
參加單位	10	10
總回報數 (n)	81	81
中位數 (Median)	14.8 (U/gHb)	5.1 (U/gHb)
平均值 (Mean)	14.7 (U/gHb)	5.2 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.6	0.5
變異係數 (CV)	4.1%	9.6%
G6PD 檢驗值範圍	13.2 ~ 16.0 (U/gHb)	4.3 ~ 6.1 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	2.0 ~ 2.7 (g/dL)	2.1 ~ 2.7 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

** G6PD Method = Trinity reagent kit, 37°C

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

