

2017年03月G6PD定量檢驗實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

| G6PD | Control N (Lot No.:AD0326N) | Control D (Lot No.:AD0326D) |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 參加單位 | 7 | 7 |
| 總回報數 (n) | 39 | 39 |
| 中位數 (Median) | 14.7 (U/gHb) | 4.9 (U/gHb) |
| 平均值 (Mean) | 14.6 (U/gHb) | 4.9 (U/gHb) |
| 標準差 (SD) | 0.6 | 0.7 |
| 變異係數 (CV) | 4.1% | 10.2% |
| G6PD 檢驗值範圍 | 13.7 ~ 16.0 (U/gHb) | 4.3 ~ 6.2 (U/gHb) |
| Hb 檢驗值範圍 | 2.1 ~ 2.7 (g/dL) | 2.2 ~ 2.6 (g/dL) |

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

** G6PD Method = Trinity reagent kit, 37°C

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

