

2017年03月G6PD定量檢驗實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AE0909N)	Control D (Lot No.:AE0909D)
參加單位	6	6
總回報數 (n)	58	58
中位數 (Median)	14.7 (U/gHb)	5.9 (U/gHb)
平均值 (Mean)	14.5 (U/gHb)	5.9 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.5	0.2
變異係數 (CV)	3.4%	3.4%
G6PD 檢驗值範圍	13.2 ~ 15.4 (U/gHb)	5.4 ~ 6.3 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	2.0 ~ 2.2 (g/dL)	2.1 ~ 2.4 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

** G6PD Method = Trinity reagent kit, 37°C

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

