

# 2017年06月G6PD定量檢驗實驗室內部品管計畫報告

## 一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AE0909N)	Control D (Lot No.:AE0909D)
參加單位	8	8
總回報數 (n)	76	76
中位數 (Median)	14.0 (U/gHb)	5.7 (U/gHb)
平均值 (Mean)	14.1 (U/gHb)	5.7 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.5	0.2
變異係數 (CV)	3.5%	3.5%
G6PD 檢驗值範圍	12.9 ~ 15.2 (U/gHb)	5.4 ~ 6.2 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	2.0 ~ 2.2 (g/dL)	2.0 ~ 2.4 (g/dL)

\*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

\*\* G6PD Method = Trinity reagent kit, 37°C

## 二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

