

2017年10月 G6PD 定量檢驗 實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AE0909N)	Control D (Lot No.:AE0909D)
參加單位	10	10
總回報數 (n)	84	84
中位數 (Median)	14.4 (U/gHb)	5.9 (U/gHb)
平均值 (Mean)	14.7 (U/gHb)	5.9 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.9	0.4
變異係數 (CV)	6.1%	6.8%
G6PD 檢驗值範圍	13.3 ~ 16.6 (U/gHb)	4.9 ~ 6.9 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	2.0 ~ 2.2 (g/dL)	2.0 ~ 2.3 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

** G6PD Method = Trinity reagent kit, 37°C

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

