

2017年12月 G6PD 定量檢驗 實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AE0909N)	Control D (Lot No.:AE0909D)
參加單位	9	9
總回報數 (n)	55	55
中位數 (Median)	14.4 (U/gHb)	5.7 (U/gHb)
平均值 (Mean)	14.4 (U/gHb)	5.8 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.7	0.4
變異係數 (CV)	4.9%	6.9%
G6PD 檢驗值範圍	12.9 ~ 15.9 (U/gHb)	5.0 ~ 6.7 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	2.0 ~ 2.2 (g/dL)	2.0 ~ 2.3 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

** G6PD Method = Trinity reagent kit, 37°C

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

