

2018年01月G6PD定量檢驗實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AE0909N)	Control D (Lot No.:AE0909D)
參加單位	9	9
總回報數 (n)	67	67
中位數 (Median)	13.8 (U/gHb)	5.5 (U/gHb)
平均值 (Mean)	14.0 (U/gHb)	5.5 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.8	0.4
變異係數 (CV)	5.7%	7.3%
G6PD 檢驗值範圍	12.9 ~ 17.4 (U/gHb)	4.5 ~ 6.2 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	1.9 ~ 2.3 (g/dL)	2.0 ~ 2.4 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

** G6PD Method = Trinity reagent kit, 37°C

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

