

2018年08月G6PD定量檢驗實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AE0909N)	Control D (Lot No.:AE0909D)
參加單位	8	8
總回報數 (n)	47	47
中位數 (Median)	15.3 (U/gHb)	5.5 (U/gHb)
平均值 (Mean)	15.1 (U/gHb)	5.5 (U/gHb)
標準差 (SD)	1.1	0.3
變異係數 (CV)	7.3%	5.5%
G6PD 檢驗值範圍	12.4 ~ 16.5 (U/gHb)	5.0 ~ 6.2 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	1.8 ~ 2.2 (g/dL)	1.9 ~ 2.3 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

** G6PD Method = Lanner kit, 37°C

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

