

2019年10月 G6PD 定量檢驗 實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AH1220N)	Control D (Lot No.:AH1220D)
參加單位	7	7
總回報數 (n)	42	42
中位數 (Median)	15.9 (U/gHb)	5.7 (U/gHb)
平均值 (Mean)	16.1 (U/gHb)	5.7 (U/gHb)
標準差 (SD)	1.0	0.4
變異係數 (CV)	6.2%	7.0%
G6PD 檢驗值範圍	13.7 ~ 18.2 (U/gHb)	4.8 ~ 6.1 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	1.8 ~ 2.7 (g/dL)	1.8 ~ 2.4 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

** G6PD Method = Lanner kit, 37°C

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

