

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N	Control D
	(Lot No.:AH1220N)	(Lot No.:AH1220D)
參加單位	7	7
總回報數 (n)	37	37
中位數 (Median)	15.4 (U/gHb)	5.3 (U/gHb)
平均值 (Mean)	15.4 (U/gHb)	5.4 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.8	0.3
變異係數 (CV)	5.2%	5.6%
G6PD 檢驗值範圍	14.2 ~ 16.9 (U/gHb)	4.9 ~ 6.0 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	1.9 ~ 2.4 (g/dL)	2.0 ~ 2.4 (g/dL)

\*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

\*\* G6PD Method = Lanner kit, 37°C

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

